

PROCEDURA DP EQUIPAGGIO MSB_ AED CON INVIO MSA

ESECUTORE: EQUIPAGGIO DI SOCCORSO

SCOPO: garantire una corretta gestione del paziente in ACC durante l'applicazione del protocollo DP

RISORSE: sistema telefonico
sistema radio
DPR 27703/92 - Legge n°120 del 03/04/2001-D.R. n° 7/10306 del 16/09/2002

COSA FARE/DIRE:	COME FARE/DIRE:
<p>1 All'arrivo in posto</p> <p>A) Se l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala "<u>Shock indicato</u>"</p> <p>B) Se l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala "<u>Shock NON indicato</u>"</p>	<p>1 A Valutare ABC</p> <p>1 B Premere il tasto "6" della radio portatile per confermare ACC alla COEU</p> <p>1 C Attuare Protocollo DP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accendere il DAE 2. se necessario preparare il torace 3. applicare gli elettrodi 4. consentire l'analisi del DAE 5. comunicare esito analisi alla COEU <p>A 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. erogare fino a tre scariche (se richieste) 7. ricerca polso e segni MO.TO.RE. 8. RCP per un minuto (se indicato) 9. consentire l'analisi del DAE 10. continuare il protocollo fino all'arrivo del mezzo MSA (3 scariche/1 minuto di RCP) <p>B 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. iniziare manovre di RCP 7. attendere indicazioni da parte della COEU

AVVERTENZE:

NB: Comunicare TEMPESTIVAMENTE alla COEU:

1. l'esito dell'analisi del ritmo da parte del DAE (Shock indicato – Shock non indicato)
2. ogni variazione delle condizioni del paziente

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE Dr.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 23 gen. 03

AGGIORNAMENTI: 02/ 03 03/05

PROCEDURA OPERATIVA

AD ESCLUSIVO USO INTERNO DEL

S.S.U.Em. 118 - BRIANZA

PROCEDURA DP EQUIPAGGIO BLS_ AED CON INVIO MSA

ESECUTORE: *Equipaggio di Soccorso*

SCOPO: garantire una corretta gestione del paziente in ACC durante l'applicazione del protocollo DP

RISORSE:

- a) sistema telefonico
- c) sistema radio
- d) DPR 27703/92 - Legge n°120 del 03/04/2001-D.R. n° 7/10306 del 16/09/2002

COSA FARE/DIRE:

COME FARE/DIRE:

COSA FARE/DIRE:		COME FARE/DIRE:	
1	All'arrivo in posto	1a	Valutare ABC
		1b	Confermare ACC alla CO
		1c	Attuare Protocollo DP: 11. accendere il DAE 12. se necessario preparare il torace 13. applicare gli elettrodi 14. consentire l'analisi del DAE
	C) <u>Se</u> l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala " <u>Shock indicato</u> "	A1	15. erogare fino a tre scariche (se richieste) 16. RCP per un minuto 17. consentire l'analisi del DAE 18. continuare il protocollo fino all'arrivo del mezzo ALS (3 scariche/1 minuto di RCP)
	D) <u>Se</u> l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala " <u>Shock NON indicato</u> "	B1	8. iniziare manovre di RCP 9. attendere indicazioni da parte della CO

AVVERTENZE:

NB: Comunicare **TEMPESTIVAMENTE** alla CO:

- 3. l'esito dell'analisi del ritmo da parte del DAE (Shock indicato – Shock non indicato)
- 4. ogni variazione delle condizioni del paziente

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE Dr.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 23 gen. 03

AGGIORNAMENTI: 10 feb. 03